

水利署 GNSS 固定站維護記錄表

站名：林內國小		巡查維護人員：林冠仲	
日期：112/11/02			
巡查維護項目			
編號	內容	檢查結果	備註（異常必填）
1	電池電壓	電壓值： <u>12.61</u> V	
2	通訊網路	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	無法遠端接收資料
3	接收儀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
4	天線盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
5	防突波器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
6	太陽能板	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
7	資料紀錄器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	GNSS無此設備
8	路由器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無MOXA
9	數據機	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	ADSL
10	變壓器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
11	電瓶充電器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
12	儀器箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	站體&FRP箱
13	鎖	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
其它維護內容			
<ol style="list-style-type: none"> 1.檢查電源正常。 2.檢查設備燈號正常。 3.檢查網路異常(檢查應是熱當，將數據機與接收器重啟後恢復正常，檢查確認可連線)。 5.站房外環境整理。 6.站房內清掃(動物排泄物清掃)。 7.設備擦拭。 			